

LNDD	ENREGISTREMENT	Codification: E-CC-10 Version: C Date: 09/05/2006 2/2
<b>VERIFICATION DES PERFORMANCES INSTRUMENTALES EN CONFIRMATION CG/C/IRMS</b>		

**4. Calibration de l'instrument**

Code de la solution Mix Cal Acétate:.....003.....

**Valeurs obtenues (%):**

	5a Androstanol AC	Etiocolanone AC	5b Androstanediol diAC	11 Kétoetiocolanone AC
Data 007	-30,59	-20,91	-33,70	-16,69
Data 14	-30,56	-20,42	-33,90	-16,76

**Intervalle de valeurs acceptables:**


	5a Androstanol AC	Etiocolanone AC	5b Androstanediol diAC	11 Kétoetiocolanone AC
Valeurs théoriques	-30.46	-19.91	-33.81	-16.30
Valeurs théoriques + 0.5%	-29.96	-19.41	-33.31	-15.80
Valeurs théoriques - 0.5%	-30.96	-20.41	-34.31	-16.80

Résultats conformes :      oui       non

**Résultats : CONFORME / NON CONFORME**  
Rayer la mention inutile

Observations:

**Validation**

Opérateur		Responsable	
Date	Code et Visa	Date	Code et Visa
24/07/06	49 	24/07/06	19 

*Cet enregistrement est à transmettre au responsable du secteur confirmation concerné  
puis à archiver vivant dans le dossier matériel de l'appareil concerné dans la section correspondante.*